

# 垂直補助テーブル

※ 型名 : □TBV-630-10-A  
 □TBV-630-10-M

資料No.	SP:10600 Z7
製図No.	SM-4-10216
	SM-4-10217
	SM-4-13498
	SM-4-15787
木型No.	SM-3-2745
STD	

## 1. 概要

振動発生機に直接取り付け、振動テーブルよりも大きな供試品を垂直方向に加振する際に使用します。

## 2. 仕様

テーブル寸法 : 630 × 630 × 45 mm

供試品取付ネジ : 20-M10 深20

振動数範囲 : DC ~ 360 Hz

※ 材質 : □アルミニウム合金 (19.0 kg)

: □マグネシウム合金 (12.5 kg)

適合振動発生機 : VE-1000/1030/1031/1032

注1. 上記振動数範囲は、加速度ピックアップをP点上に取り付けた場合のものです。

注2. 連結軸併用時には、振動発生機取付穴寸法及び取付穴個数が異なる場合があります。

注3. ※印の項目は、いずれか一方の選択となります。(□にて選択)

